

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Deres ref.:
2016/1182/sakj

Vår ref.:
2016/145

Saksbehandler/dir.tlf.:
Sigurd Finne, 75 12 53 78

Dato:
30.08.2016

Svar på: Vedtak om pålegg

Helgelandssykehuset har følgende planer med tiltak for å lukke de 2 avvikene og de 2 anmerkningene som vi har fått fra DSB:

Avvik 1: Det kan ikke dokumenteres at det gjennomføres en systematisk opplæring i bruk av medisinsk utstyr.

- De påviste avdelingene som ikke kunne dokumentere opplæringen i bruk av medisinsk utstyr av sine ansatte godt nok, har fått varsel om at det i medio oktober måned vil bli gjennomført en internrevisjon for å se om de nå har det dokumentert bedre. Dersom resultatet ikke er tilfredsstillende vil det bli gjennomført oppfølgings internrevisjoner helt til det er tilfredsstillende.
- Ved alle andre avdelingene er det oppfordret til å gå igjennom 'PR16614 Brukeropplæring, Elektromedisinsk utstyr' på avdelingsmøte i år evt. i kvalitetsuka.

Avvik 2: Feil i elektriske anlegg registreres ikke på en systematisk måte.

Alle de tre sykehusenhetene er gått sammen om prosjektet "2017-Full kontroll", og planen er som følger:

- Oppdatere til siste versjon av LYDIA – fra 5.3 til 5.5
- Arbeidsmøte/workshop (2 dager) for å kartlegge arbeidsprosesser og oppgaver
Mål: lage tiltaksmaler for alle periodiske drifts- og kontrolloppgaver slik at man for hvert bygg enkelt kan få etablert nødvendige tiltaksserier

For å sikre effektiv framdrift vil leverandøren av Lydia i forkant av arbeidsmøte/workshop;

- Gjøre forberedelser og sette opp viktige punkter enhetene kan tenke igjennom på forhånd
- Ta en nærmere titt på typeregister for tiltak og komme med konkret forslag til oppsett for å sikre god rapportering

Det blir kursing for alle som jobber med drift og vedlikehold – viktig at alle bruker systemet. Dette er et prosjekt som blant annet vil føre til at feil i elektriske anlegg blir registrert på en systematisk måte. Detaljert framdriftsplan er ikke laget, men målet er å være operative fra 01.01.2017.

Anmerkning 1: Det er ikke en fullstendig oversikt over vedlikeholds status på MTU i Medusa.

- Alle enhetene skal innen 01.12.2016 ha gått gjennom, og satt pv, på hele databasen. For å nå det målet har med. teknikerne satt av to timer hver uke til å jobbe med Medusa. Basen jobbes og kontrolleres systematisk i hele HF. Alle MTA er involvert og jobber mot samme mål.

Anmerkning 2: Elektrisk utstyr blir ikke kontrollert systematisk for feil og mangler.

- For alle enhetene vil HMS-konsulent endre på vernerunde sjekklister til også å omfatte følgende punkter:
 - Kontroll av småelektrisk utstyr(Kaffetraktere, radioer, vifter bordlamper etc.)
 - Apparatene kontrolleres for skader og misfarginger (knuste deksler, løse deler, sviflekker el.l)
 - Visuell kontroll og funksjonskontroll av ledninger og brytere. Skal være hele og uskadde uten svimerker.
 - Ved avvik skal apparatet umiddelbart tas ut av drift, leveres teknisk avdeling og arbeidsordre/beskrivelse skal opprettes.

Med vennlig hilsen

Sigurd Finne
Kvalitetsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.